

Cần Thơ, ngày 23 tháng 04 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty/ Nhà cung ứng/ Đơn vị có quan tâm

Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để mua các vật tư, hóa chất sử dụng tại Bệnh viện trong thời gian xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2026, cụ thể như sau:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ.
2. Thông tin tiếp nhận báo giá: DS. Nguyễn Thị Phượng Châu, khoa Dược – Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, số 345 Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 02923.748393

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Kính đề nghị các Công ty/ Nhà cung ứng/ Đơn vị có quan tâm và có khả năng cung cấp, gửi bản giấy báo giá có đóng dấu và gửi kèm theo bảng mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có) về nơi tiếp nhận báo giá có thông tin ít nhất như *phụ lục 02*, ngoài phong bì ghi: **Bản báo giá cung cấp hóa chất/ vật tư y tế** và đồng thời gửi file Excel báo giá về địa chỉ mail: kduoc.bvndct@gmail.com

Danh mục hóa chất/ vật tư/ trang thiết bị y tế: *chi tiết phụ lục 01 đính kèm.*

4. Thời gian tiếp nhận báo giá từ 9 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2026 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 06 tháng 05 năm 2026 (12 ngày kể cả thứ 7, chủ nhật, lễ, tết)

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 05 năm 2026.

Rất mong nhận được sự quan tâm của các Công ty/ Nhà cung ứng/ Đơn vị có quan tâm.

Trân trọng./ *Baul*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC *ccu*



BS. CKII. Ông Huy Thanh



PHỤ LỤC 01

DANH MỤC HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ MUA BỔ SUNG

(Đính kèm Yêu cầu Báo giá số 88 /TM.BVND ngày 23 tháng 04 năm 2026)

STT	Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến
1	Gel siêu âm	Thành phần: nước, carbomer, glycerin, sodium benzoat,... Gel trong suốt, thuộc dạng tan trong nước, được dùng trong siêu âm. Gel không có tính chất ăn mòn, không gây hồng đầu dò, không gây dị ứng da. Chỉ sử dụng bên ngoài, không có formaldehyde, vô khuẩn. Đạt ISO 13845, ISO 9001...	lít	720
2	Urease Test Kit	Bộ kit nhanh chẩn đoán vi khuẩn H.Pylori dựa trên men Urease, bao gồm các thành phần chính: Urea (cơ chất), chất chỉ thị pH Phenol red (chuyển sang màu hồng/ đỏ khi pH tăng), các muối đệm (Disodium hydrogen phosphate, Potassium dihydrogen phosphate) và nước Urea: chất nền bị phân hủy bởi men urease của vi khuẩn H.Pylori. Phenol red: chỉ thị màu pH (chuyển từ vàng sang hồng/ đỏ khi môi trường trở nên kiềm do amoniac tạo ra) Muối đệm (Na_2HPO_4 , KH_2PO_4): giữ độ pH ổn định để tạo điều kiện cho phản ứng. Agar (ở một số dạng): thạch nền để giữ cố định mẫu sinh Lấy mẫu: Nội soi dạ dày, lấy mẫu sinh thiết mô tại hang vị, thân vị.	test	260
3	Gel bôi trơn Kly	Gel bôi trơn được sử dụng trong điện liệu pháp, thăm khám bằng tay. Gel bôi trơn Kly dùng bôi trơn trong nội soi đại tràng, nội soi trực tràng, nội soi dạ dày, soi bàng quang. Không gây dị ứng, không gây kích ứng da. Hòa tan được trong nước, dễ dàng làm sạch, không chứa tạp chất, dầu và chất nhờn. Không độc hại và không có mùi hôi. Thành phần chính: Deionized Water, Cellulose hydroxyethylate, Glycerin, Propylene glycol, Ethylhexyl Glycerin, Carbomer. Dùng trong nội soi đại trực tràng, nội soi đại tràng.	tuýp	100

4	Formaldehyde solution 500ml	Formaldehyde là hoạt chất chính, nồng độ dao động từ 37% - 40% theo khối lượng. Methanol thường được thêm với vai trò là chất ổn định để ngăn chặn quá trình polyme hóa của Formaldehyde, tạo thành paraformaldehyde rắn. Hàm lượng methanol có thể thay đổi tùy theo loại dung dịch: Formalin có methanol thường chứa <15% theo khối lượng methanol, Formalin không methanol (hoặc có hàm lượng rất thấp) có thể chứa <1% methanol. Nước: dung môi. Dùng trong nội soi tiêu hoá.	chai	5
5	Hóa chất H ₂ O ₂ dùng cho máy plasma	Thành phần: Hydro peroxide 35% đóng gói tương thích với bộ phận lấy hóa chất của máy hấp nhiệt độ thấp Actiplaz model HP-4512. Lọ 150ml	chai	380
6	Lưỡi cắt Amidan và nạo VA, cong 40 độ, dài 11cm	Lưỡi cắt xoang cong 40 độ, 4mm, dài 11cm, có răng cưa ở mặt trong, không có răng cưa ở mặt ngoài. Thành phần cấu tạo thép không gỉ và nhựa. Tương thích với máy Medtronic XPS Nexus.	bộ/ cái	10
7	Lưỡi cắt xoang Tricut mũi thẳng 4mm	Lưỡi cắt xoang Tricut mũi thẳng 4mm, dài 11cm. Thành phần cấu tạo thép không gỉ và nhựa. Tương thích với máy Medtronic XPS Nexus. Xuất xứ G7.	bộ/ cái	5
8	Chén inox 9 x 5cm	Chén inox 9 x 5cm, dùng trong hút đàm.	chai	50
Tổng cộng: 08 mặt hàng, tương ứng 08 lô/phần				

April

Tên công ty:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Mail:



Kính gửi: Bệnh viện Nhi Đồng thành phố Cần Thơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 02

BẢO GIÁ

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, chúng tôi...[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp báo giá; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các Hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế như sau:

I. Báo giá cho các Vật tư y tế - Hóa chất và dịch vụ liên quan

Stt	Mã tham chiếu (1)	Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất (2)	Tên thương mại của Vật tư y tế - Hóa chất	Tính năng, thông số kỹ thuật (3)	Đơn vị tính	Mã HS (4)	Chủng loại (Model/ ký mã hiệu) (5)	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng/ khối lượng (6)	Đơn giá (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có))(VND) (7)	Thành tiền có VAT (VND)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11) = (9) x (10)	(12)
1													
2													
3													
n										

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 - Giá trị của các Vật tư y tế - Hóa chất nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

..... ngày tháng năm 2025
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(8)
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

- Ghi chú:**
- (1) Ghi theo đúng yêu cầu tại cột "Mã tham chiếu" Phụ lục 01.
 - (2) Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất theo đúng yêu cầu ghi tại cột "Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất" Phụ lục 01.
 - (3) Ghi cụ thể Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng theo tài liệu liên quan của Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá
 - (4) Ghi cụ thể mã HS của từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá
 - (5) Ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá tương ứng với chủng loại Vật tư y tế - Hóa chất tại cột "Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất".
 - (6) Ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
 - (7) Ghi đơn giá báo giá cho từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá. Đơn giá ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
 - (8) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.