

Cần Thơ, ngày 13 tháng 8 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty/ Nhà cung ứng/ Đơn vị có quan tâm

Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để mua sắm vật tư, thiết bị y tế sử dụng tại Bệnh viện trong thời gian xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2025, cụ thể như sau:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ.
2. Thông tin tiếp nhận báo giá: DS. Nguyễn Thị Phụng Châu, khoa Dược – Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, số 345 Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 02923.748393

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Kính đề nghị các Công ty/ Nhà cung ứng/ Đơn vị có quan tâm và có khả năng cung cấp, gửi bản giấy báo giá có đóng dấu và gửi kèm theo bảng mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có) về nơi tiếp nhận báo giá có thông tin ít nhất như *phụ lục 02*, ngoài phong bì ghi: **Bản báo giá cung cấp hóa chất/ vật tư y tế** và đồng thời gửi file Excel báo giá về địa chỉ mail: kduoc.bvndct@gmail.com

Danh mục hóa chất/ vật tư/ trang thiết bị y tế: *chi tiết phụ lục 01 đính kèm.*

4. Thời gian tiếp nhận báo giá từ 9 giờ 00 phút ngày 13 tháng 8 năm 2025 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 25 tháng 8 năm 2025 (12 ngày kể cả thứ 7, chủ nhật, lễ, tết).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2025.

Rất mong nhận được sự quan tâm của các Công ty/ Nhà cung ứng/ Đơn vị có quan tâm.

Trân trọng./ *Paul*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC *Ưu*



BS. CKII. Ông Huy Thanh



PHỤ LỤC 01
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ MUA BỔ SUNG

(Đính kèm Yêu cầu Báo giá số 260 /TM.BVNĐ ngày 13 tháng 8 năm 2025)

STT	Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến	Ghi chú
1	Bộ cảm ứng đo huyết áp xâm lấn	Bộ dẫn truyền cảm ứng dùng để theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn 1 đường, chất liệu nhựa (PVC, PP, ABS, PC), đầu truyền dịch hình chữ J. Có khóa, có nắp, có vòi khóa, buồng nhỏ giọt, có vị trí tiêm, rút máu, đầu nối, dây theo dõi áp suất. Có dây nối phụ phân biệt tĩnh mạch và động mạch bằng màu sắc (dây xanh và đỏ). Van lấy mẫu máu kín. - áp lực đo từ -30 đến 300mmHg. Tương thích với nhiều loại monitor, dây cable. Sử dụng một lần.	bộ/cái	420	
2	Cảm biến SpO2 sử dụng cho monitor Advanced	Sử dụng chất liệu cao su không latex, an toàn và không gây dị ứng da. Độ chính xác của chỉ số SPO2 trong khoảng từ 70% đến 100% là $\pm 3\%$ (người lớn, trẻ em), $\pm 4\%$ (trẻ sơ sinh). Dạng đầu kẹp ngón tay/dạng kẹp ngón chân/dạng cuộn silicone. Phù hợp cho monitor Advanced (model: PM-2000XL; PM-2000XL Pro). Dây dài $\geq 2,5m$.	cái	29	2 cái cỡ lớn, 4 cái trẻ em, 23 cái sơ sinh.
3	Cảm biến SpO2 sử dụng cho máy cảm tay ACARE	Sử dụng chất liệu cao su không latex, an toàn và không gây dị ứng da, cấu tạo dạng kẹp, kẹp vào ngón tay, chân không gây đau, đảm bảo an toàn về điện, công vào phù hợp với loại máy cảm tay ACARE. Độ chính xác của chỉ số SPO2 trong khoảng từ 70% đến 100% là $\pm 3\%$ (người lớn, trẻ em), $\pm 4\%$ (trẻ sơ sinh).	cái	01	cỡ trẻ em
4	Cảm biến SpO2 sử dụng cho máy Nihon Kohden	Sử dụng chất liệu cao su không latex, an toàn và không gây dị ứng da. Độ chính xác của chỉ số SPO2 trong khoảng từ 70% đến 100% là $\pm 3\%$ (người lớn, trẻ em), $\pm 4\%$ (trẻ sơ sinh). Dạng đầu kẹp ngón tay/dạng kẹp ngón chân/dạng cuộn silicone. Phù hợp cho monitor Nihon Kohden (model: BSM 3562; PVM 2701). Dây dài $\geq 2,5m$.	cái	05	2 cái cỡ lớn, 3 cái trẻ em.
5	Cảm biến SpO2 sử dụng cho máy GE B40i	Sử dụng chất liệu cao su không latex, an toàn và không gây dị ứng da. Độ chính xác của chỉ số SPO2 trong khoảng từ 70% đến 100% là $\pm 3\%$ (người lớn, trẻ em), $\pm 4\%$ (trẻ sơ sinh). Dạng đầu kẹp ngón tay/dạng kẹp ngón chân/dạng cuộn silicone. Phù hợp cho monitor GE (model: B40i). Dây dài $\geq 2,5m$.	cái	04	1 cái cỡ lớn, 2 cái trẻ em, 1 cái sơ sinh.
6	Cảm biến SpO2 sử dụng cho máy Infinium, OMNI	Sử dụng chất liệu cao su không latex, an toàn và không gây dị ứng da. Độ chính xác của chỉ số SPO2 trong khoảng từ 70% đến 100% là $\pm 3\%$ (người lớn, trẻ em), $\pm 4\%$ (trẻ sơ sinh). Dạng đầu kẹp ngón tay/dạng kẹp ngón chân/dạng cuộn silicone. Phù hợp cho monitor Infinium (model: OMNI). Dây dài $\geq 2,5m$.	cái	04	2 cái cỡ lớn, 2 cái trẻ em.
7	Cảm biến SpO2 sử dụng cho máy COVIDIEN Nellcor	Sử dụng chất liệu cao su không latex, an toàn và không gây dị ứng da. Độ chính xác của chỉ số SPO2 trong khoảng từ 70% đến 100% là $\pm 3\%$ (người lớn, trẻ em), $\pm 4\%$ (trẻ sơ sinh). Dạng đầu kẹp ngón tay/dạng kẹp ngón chân/dạng cuộn silicone. Phù hợp cho máy COVIDIEN Nellcor. Dây dài $\geq 2,5m$.	cái	01	1 cái cỡ lớn.

STT	Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến	Ghi chú
8	Cảm biến SpO2 sử dụng cho máy Lifescope	Sử dụng chất liệu cao su không latex, an toàn và không gây dị ứng da. Độ chính xác của chỉ số SPO2 trong khoảng từ 70% đến 100% là $\pm 3\%$ (người lớn, trẻ em), $\pm 4\%$ (trẻ sơ sinh). Dạng đầu kẹp ngón tay/dạng kẹp ngón chân/dạng cuộn silicone. Phù hợp cho máy Lifescope. Dây dài $\geq 2,5m$.	cái	02	1 cái trẻ em, 1 cái sơ sinh.
Tổng cộng: 08 mặt hàng, tương ứng 08 lô/phần					

Tên công ty:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Email:

Kính gửi: Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp báo giá; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các Hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các Vật tư y tế - Hóa chất và dịch vụ liên quan

Stt	Mã tham chiếu ⁽¹⁾	Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất ⁽²⁾	Tên thương mại của Vật tư y tế - Hóa chất	Tính năng, thông số kỹ thuật ⁽³⁾	Đơn vị tính	Mã HS ⁽⁴⁾	Chủng loại (Model/ ký mã hiệu) ⁽⁵⁾	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng/ khối lượng ⁽⁶⁾	Đơn giá (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) (VND) ⁽⁷⁾	Thành tiền có VAT (VND)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11) = (9) x (10)	(12)
1													
2													
3													
n													

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các Vật tư y tế - Hóa chất nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

..... ngày tháng năm 2025

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽⁸⁾

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Ghi theo đúng yêu cầu tại cột “Mã tham chiếu” Phụ lục 01.

(2) Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất” Phụ lục 01.

(3) Ghi cụ thể Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng theo tài liệu liên quan của Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá

(4) Ghi cụ thể mã HS của từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá

(5) Ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá tương ứng với chủng loại Vật tư y tế - Hóa chất tại cột “Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất”.

(6) Ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(7) Ghi đơn giá báo giá cho từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá. Đơn giá ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.