

Cần Thơ, ngày 11 tháng 9 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty/ Nhà cung ứng/ Đơn vị có quan tâm

Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để mua sắm hóa chất, vật tư, thiết bị y tế sử dụng tại Bệnh viện trong thời gian xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2025, cụ thể như sau:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ.
2. Thông tin tiếp nhận báo giá: DS. Nguyễn Thị Phượng Châu, khoa Dược – Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, số 345 Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 02923.748393

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Kính đề nghị các Công ty/ Nhà cung ứng/ Đơn vị có quan tâm và có khả năng cung cấp, gửi bản giấy báo giá có đóng dấu và gửi kèm theo bảng mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có) về nơi tiếp nhận báo giá có thông tin ít nhất như *phụ lục 02*, ngoài phong bì ghi: **Bản báo giá cung cấp hóa chất/ vật tư y tế** và đồng thời gửi file Excel báo giá về địa chỉ mail: kduoc.bvndct@gmail.com

Danh mục hóa chất/ vật tư/ trang thiết bị y tế: *chi tiết phụ lục 01 đính kèm.*

4. Thời gian tiếp nhận báo giá từ 9 giờ 00 phút ngày 12 tháng 9 năm 2025 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 24 tháng 9 năm 2025 (12 ngày kể cả thứ 7, chủ nhật, lễ, tết).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 9 năm 2025.

Rất mong nhận được sự quan tâm của các Công ty/ Nhà cung ứng/ Đơn vị có quan tâm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC



BS. CKII. Ông Huy Thanh

PHỤ LỤC 01
DANH MỤC HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ MUA BỔ SUNG
(Đính kèm Yêu cầu Báo giá số 428 /TM.BVNĐ ngày 11 tháng 9 năm 2025)

STT	Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến	Ghi chú
1. Hóa chất định danh-kháng sinh đồ nấm trên máy VITEK 2 COMPACT (02 mặt hàng)					
1	Thẻ định danh nấm	Thẻ dùng để định danh các nấm hoặc vi sinh vật giống nấm trên hệ thống VITEK 2 COMPACT định danh và kháng sinh đồ tự động. Thẻ có ≥ 64 giếng, ≥ 46 xét nghiệm hóa sinh và 1 giếng chứng. Thời gian cho kết quả định danh: ≤ 18 giờ Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE	Thẻ	100	
2	Thẻ kháng sinh đồ nấm	Thẻ kháng sinh đồ nấm sử dụng để xác định độ nhạy cảm của các nấm men trên hệ thống VITEK 2 COMPACT định danh và kháng sinh đồ tự động. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE	Thẻ	100	
2. Hóa chất sử dụng cho máy phân tích khí máu GEM Primer 3000 (01 mặt hàng)					
3	Hóa chất dùng cho máy phân tích khí máu và Hct. Đo các thông số: pH, pCO ₂ , pO ₂ , Hct	Bộ hóa chất tích hợp các cảm biến đo pH, pCO ₂ , pO ₂ , Hct và thuốc thử hiệu chuẩn dùng để đo khí máu, Hct trong máu toàn phần, với các thông số như sau: pH, PCO ₂ , PO ₂ , Hct - Thẻ tích mẫu thử: 135 μ L/Test - Giá trị các thông số đo như sau: + pH: 6.8 -7.8 + PO ₂ : 0-760 mmHg + PCO ₂ : 5 -115 mmHg + Hct: 15 -65 % Tiêu chuẩn ISO 13485, FDA/CE Tương thích với máy phân tích khí máu tự động GEM Primer 3000	Test	3,000	
3. Chai cấy máu bằng hệ thống tự động (01 mặt hàng)					
4	Chai cấy máu nhi	Chai cấy máu tự động cấu tạo bằng polycarbonate phát hiện phát hiện vi khuẩn hiếu khí và kỵ khí tùy tiện (vi khuẩn và nấm) tiện từ máu, sử dụng với hệ thống cấy máu cấy máu tự động . - Dung tích mẫu: 1 đến 3ml. - Sử dụng với hệ thống cấy máu BacT/ALERT - Nguyên lý phát hiện: đo màu bằng cảm ứng màu và ánh sáng phản xạ. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE, FDA. Xuất xứ: G7	chai	500	Nhà thầu lắp đặt máy cho đơn vị khi trúng thầu



STT	Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến	Ghi chú
4. Hóa chất xét nghiệm định danh-kháng sinh đồ tự động trên hệ thống Phoenix M50 (02 mặt hàng)					
5	Thanh định danh và kháng sinh đồ vi khuẩn Streptococcus	Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm của các loài vi khuẩn Streptococcus - Có chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. Các kháng sinh thuộc các nhóm: Beta-lactam, Phenicol, Quinolone, Oxazolidinone, Glycopeptide, Tetracycline, Folate Antagonist - Bảo quản ở 15 - 25°C. Tiêu chuẩn ISO 13485 Hóa chất tương thích hệ thống định danh kháng sinh đồ tự động Phoenix M50	Test	400	
6	Canh trường kháng sinh đồ cho vi khuẩn Strep	Thành phần (công thức trên 1 Lit nước tinh khiết): Casein của Pancreatic Digest, Peptones và Supplement: 29.2g ; Thymidine Phosphorylase 100 IU, Polysorbate 80 0.1g - Bảo quản ở 2 - 25°C. Tiêu chuẩn ISO 13485 Hóa chất tương thích hệ thống định danh kháng sinh đồ tự động Phoenix M50	Ống	200	
5. Hóa chất máy xét nghiệm nước tiểu bằng máy bán tự động (02 mặt hàng)					
7	Que thử nước tiểu ≥ 11 thông số	Que thử nước tiểu : Đo được 11 thông số nước tiểu bao gồm: Glucose, pH, Protein, máu, Ketones, Nitrite, Bilirubin, Urobilinogen, tỷ trọng, bạch cầu, acid Ascorbic. Tiêu Chuẩn: CE, ISO 13485	test	10,000	Nhà thầu lắp đặt máy cho đơn vị khi trúng thầu
8	Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm nước tiểu ≥ 11 thông số	Hoá chất kiểm chuẩn xét nghiệm nước tiểu ≥ 11 thông số, có ≥ 2 mức độ	lọ	4	Nhà thầu lắp đặt máy cho đơn vị khi trúng thầu
6. Vật tư - hóa chất lẻ					
9	Que Hematocrit	Ống thủy tinh, được sử dụng trong xét nghiệm máu để xác định tỷ lệ thể tích hồng cầu so với tổng thể tích máu, còn gọi là chỉ số HCT. Có kích thước tiêu chuẩn, khoảng 75mm và đường kính 1mm. Có khả năng chịu được quá trình ly tâm ở tốc độ cao, có độ trong suốt tốt để có thể quan sát và đo lường chính xác thể tích hồng cầu sau khi ly tâm, đảm bảo độ chính xác cao trong việc đo thể tích hồng cầu, sai số phải nằm trong giới hạn cho phép.	lọ/ống	120	Lọ/ống 100 cây
10	Test nhanh chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue IgG/IgM	Test nhanh xét nghiệm phát hiện định tính kháng thể (IgG và IgM) đối với vi rút Dengue trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương. - Đối với IgM: độ nhạy $\geq 95.0\%$, độ đặc hiệu $\geq 98.0\%$ - Đối với IgG: độ nhạy $\geq 95.0\%$, độ đặc hiệu $\geq 98.0\%$ Phân loại TBYT: từ loại C trở lên. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE / FSC	test	1,000	

STT	Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến	Ghi chú
11	Test nhanh xét nghiệm định tính kháng nguyên cúm A, cúm B	Phát hiện nhiễm cúm từ mẫu tăm bông mũi, tăm bông ty hầu hoặc mẫu hút/rửa dịch ty hầu, xác định sự tồn tại của vi rút cúm typ A và typ B. - Độ nhạy lâm sàng $\geq 93.0\%$ so với PCR - Độ nhạy lâm sàng $\geq 99.0\%$ so với PCR Phát hiện các chủng: 19 type phụ H1N1 bao gồm H1N1; 15 type phụ H3N2; H2N2; H3N8; H5N1; H5N3; H7N3; H7N9; - Phát hiện 17 type phụ virus Cúm B. Phân loại TBYT: từ loại C trở lên. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485; CE; IVD; EU FSC	Test	100	
12	Test nhanh xét nghiệm định tính kháng nguyên virus hợp bào hô hấp (RSV)	Phát hiện định tính kháng nguyên RSV có trong tăm bông ty hầu hoặc dịch rửa / dịch hút ty hầu từ bệnh nhân có triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút. - Cung cấp bao gồm chứng âm, chứng dương Đóng gói từng test trong túi nhôm riêng biệt, có gói hút ẩm cho từng test Độ nhạy $\geq 92.0\%$, Độ đặc hiệu $\geq 98.0\%$ so với RT-PCR Kít thử ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ $55 \pm 1^\circ\text{C}$ Không có phản ứng gây nhiễu với Ibuprofen, Acetaminophen, Hemoglobin, Bilirubin, Ciprofloxacin, Promethazine Phân loại TBYT: từ loại C trở lên. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485; CE; IVD; CFS	Test	100	
13	Test nhanh xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV	Phát hiện kháng thể kháng với HIV-1 và HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. - Độ nhạy $\geq 99.0\%$; Độ đặc hiệu $\geq 99.0\%$. - Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút - Không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm (chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương - Thể tích mẫu sử dụng: huyết thanh/huyết tương/máu toàn phần: 50uL - Tiêu chuẩn: ISO 13485:2003 ; Chứng nhận EC ; xuất xứ (G7) - Chứng nhận lưu hành sinh phẩm của Bộ Y Tế; Là loại test nhanh được Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương khuyến cáo sử dụng cho phương cách xét nghiệm khẳng định HIV năm 2020. - Có trong danh sách test nhanh chẩn đoán HIV được khuyến cáo sử dụng của WHO.	Test	200	
14	Test nhanh xét nghiệm định tính kháng thể đặc hiệu đối với HCV	Phát hiện định tính các kháng thể đặc hiệu đối với HCV trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người. Độ nhạy $\geq 99.0\%$, độ đặc hiệu $\geq 99.0\%$ Phân loại TBYT: từ loại C trở lên. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE	Test	300	

STT	Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến	Ghi chú
15	Test nhanh xét nghiệm định tính kháng thể giang mai	Xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định tính kháng thể kháng giang mai từ huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người. Độ nhạy $\geq 99.0\%$; Độ đặc hiệu $\geq 99.0\%$ so với TPHA Không phản ứng chéo với HBV, HIV-1, HCV Phân loại TBYT: từ loại C trở lên. - Đạt tiêu chuẩn: ISO.	Test	50	
16	Môi trường nuôi cấy MacConkey Agar	Môi trường chọn lọc dùng nuôi cấy và định danh phân biệt họ vi khuẩn đường ruột Enterobacteriaceae. Thành phần : Tryptone, Peptones, Sodium Chloride, Lactose, Neutral red, Crystal violet, Agar. pH: 7.1 ± 0.2 ở 25 độ C. Môi trường dạng bột. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương	Gram	10,000	
Tổng cộng: 16 mặt hàng, tương ứng 13 lô/phần					

Tên công ty:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Mail:



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 02

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, chúng tôi...[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp báo giá; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các Hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các Vật tư y tế - Hóa chất và dịch vụ liên quan

Stt	Mã tham chiếu ⁽¹⁾	Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất ⁽²⁾	Tên thương mại của Vật tư y tế - Hóa chất	Tính năng, thông số kỹ thuật ⁽³⁾	Đơn vị tính	Mã HS ⁽⁴⁾	Chủng loại (Model/ ký mã hiệu) ⁽⁵⁾	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng/ khối lượng ⁽⁶⁾	Đơn giá (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) (VND) ⁽⁷⁾	Thành tiền có VAT (VND)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11) = (9) x (10)	(12)
1													
2													
3													
n		...	...										

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ...[ghi ngàytháng...năm.... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các Vật tư y tế - Hóa chất nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

..... ngày tháng năm 2025

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp ⁽⁸⁾

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Ghi theo đúng yêu cầu tại cột “Mã tham chiếu” Phụ lục 01.

(2) Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất” Phụ lục 01.

(3) Ghi cụ thể Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng theo tài liệu liên quan của Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá

(4) Ghi cụ thể mã HS của từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá

(5) Ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá tương ứng với chủng loại Vật tư y tế - Hóa chất tại cột “Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất”.

(6) Ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(7) Ghi đơn giá báo giá cho từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá. Đơn giá ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.