

Cần Thơ, ngày 30 tháng 12 năm 2025

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ năm 2026, với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  - Họ tên: KS Nguyễn Trọng Hữu
  - Chức vụ: nhân viên phòng VTTBYT
  - Số điện thoại: 0939 863 827
  - Địa chỉ: Phòng Vật tư thiết bị y tế, 345 Nguyễn Văn Cừ, P.An Bình, TP.Cần Thơ.
  - Email: phongvattuthietbiyte@gmail.com
- Hình thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế, 345 Nguyễn Văn Cừ, P.An Bình, TP.Cần Thơ.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 10 giờ ngày 30/12/2025 đến 17 giờ ngày 12/01/2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 12...tháng 01...năm 2026.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục thiết bị y tế:

| STT | Danh mục hàng hóa | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật                                                                       | Đơn vị tính | Số lượng |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 1   | Bộ trộn thở NCPap | Loại điều chỉnh ngõ ra bằng cột lưu lượng $\leq 15l/phút$<br>Áp suất làm việc : $\leq 4.5Bar/50psi$<br>Có bát gắn có thể điều chỉnh kích thước hoặc xe đẩy | Bộ          | 12       |

| STT | Danh mục hàng hóa       | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Đơn vị tính | Số lượng |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 2   | Đèn chiếu vàng da 1 mặt | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nguồn điện sử dụng: 240 VAC</li> <li>- Sử dụng bóng đèn LED, tuổi thọ cao, ánh sáng xanh.</li> <li>- Chân đèn có 04 bánh xe.</li> <li>- Máng đèn cho ánh sáng hội tụ tại điểm chiếu.</li> <li>- Hiển thị thời gian điều trị</li> <li>- Có thể cài đặt cường độ chiếu sáng điều trị vàng da.</li> <li>- Máng đèn có thể điều chỉnh được.</li> <li>- Bóng đèn không phát ra tia cực tím .</li> <li>- Bước sóng phát ra nằm trong khoảng 400 – 550nm.</li> <li>- Tuổi thọ trung bình của bóng đèn LED: khoảng 50,000 giờ.</li> </ul> | Cái         | 20       |
| 3   | Đèn chiếu vàng da 2 mặt | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nguồn điện sử dụng: 240 VAC</li> <li>- Có 02 giàn đèn trên, dưới.</li> <li>- Sử dụng bóng đèn LED, tuổi thọ cao, ánh sáng xanh.</li> <li>- Máng đèn cho ánh sáng hội tụ tại điểm chiếu.</li> <li>- Hiển thị thời gian điều trị</li> <li>- Bóng đèn không phát ra tia cực tím .</li> <li>- Bước sóng phát ra nằm trong khoảng 400 – 550nm.</li> <li>- Tuổi thọ trung bình của bóng đèn LED: khoảng 50,000 giờ.</li> </ul>                                                                                                          | Cái         | 2        |
| 4   | Máy đo nhĩ lượng và OAE | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đo nhĩ lượng</li> <li>- Đo phản xạ decay, latency</li> <li>- Đo chức năng vòi nhĩ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cái         | 1        |

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ - 345 Nguyễn Văn Cừ, P.An Bình, TP.Cần Thơ.

3. Các thông tin khác:

- Báo giá là giá trọn gói đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác.
- Gửi kèm file Catalog của hàng hóa (nếu có).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VTTBYT.

GIÁM ĐỐC



BS. CKII. Ông Huy Thanh



## MẪU BÁO GIÁ

### BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

#### 1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

| STT | Tên hàng hóa/Danh mục | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Mã HS | Năm sản xuất | Xuất xứ | Mô tả hàng hóa/tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng/khối lượng | Đơn giá có VAT (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------|-------|--------------|---------|-----------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 1   |                       |                                         |       |              |         |                                   |             |                     |                      |                  |
| 2   |                       |                                         |       |              |         |                                   |             |                     |                      |                  |
| n   | ...                   |                                         |       |              |         |                                   |             |                     |                      |                  |

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 120 ngày, kể từ ngày.....tháng.....năm 2026.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,  
nhà cung cấp<sup>(12)</sup>**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))